

ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ:

- 1) Με λαβή STANDART F.O.
- 2) Υλικό από ανοξείδωτο μέταλλο, κατάλληλο για ιατρική χρήση.
- 3) Δυνατότητα αποστείρωσης (να αναφερθούν οι συμβατοί τρόποι).
- 4) Σχεδιασμός κατάλληλος ώστε να προσφέρει ασφαλές κράτημα, μειώνοντας συγχρόνως την πιθανότητα ανάπτυξης μικροοργανισμών.
- 5) Να φέρει πιστοποίηση ISO.
- 6) Τροφοδοσία με απλές αλκαλικές μπαταρίες του εμπορίου.
- 7) Πηγή φωτισμού LED, με κατανομή λευκού φωτός
- 8) Χρήση αναλώσιμου υλικού μη αποκλειστικής προμήθειας (μπαταρία, λαμπτήρας LED).

ΛΑΜΕΣ:

- 1) Αριθμός λαμών δυο τύποι:
 - α) MILLER No 00(76mm) No0(80mm): OVERALL LENGTH 80mm, DISTAL WIDTH 10,5mm (ΕΥΘΕΙΑ).
 - β) PEAD No 0 (82mm) No1: OVERALL LENGTH 95mm, DISTAL WIDTH 13mm (ΕΥΘΕΙΑ).
- 2) Υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής, κατάλληλο για ιατρική χρήση.
- 3) Κατασκευή συμπαγείς
- 4) Σχεδιασμός χωρίς πτυχώσεις, κατάλληλος για την αποφυγή ανάπτυξης μικροοργανισμών, με ειδικά κατασκευασμένο άκρο για την αποφυγή τραυματισμών.
- 5) Ευκολία προσαρμογής στη λαβή
- 6) Δυνατότητα αποστείρωσης (να αναφερθούν οι συμβατοί τρόποι κλιβανισμού).
- 7) Μετάδοση φωτισμού μέσω οπτικών ινών.

Το SET να περιλαμβάνει θήκη μεταφοράς και αν ζητηθεί να γίνει επίδειξη στη επιτροπή αξιολόγησης.

καθαρισμός