

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Να είναι διαμέτρου 5,5 mm, συχνότητας 55,5 kHz, , περιστρεφόμενο κατά 360°, με δυνατότητα τομής/απολύωσης αγγείων διαμέτρου τουλάχιστον έως 5 mm, και με δυνατότητα ελέγχου και ενεργοποίησης και από το χέρι.»

ΣΕΤ TUR

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Να αποτελείται από πεδία 3 στρωμάτων (non woven – film -non woven). Να απορροφά τα υγρά και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιμο και την τριβή. Το σετ να αποτελείται τουλάχιστον από 1 κάλυμμα τραπεζιού και 1 χειρουργικό πεδίο κατάλληλο για ουρολογικές επεμβάσεις με σάκκο περισυλλογής υγρών, ενσωματωμένα πτυσσόμενα ποδονάρια, δακτυλοθήθη και οπή υπερηβικής.

ΜΑΝΙΚΙ ΜΠΛΟΥΖΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Να είναι αποστειρωμένο, αδιαπέραστο από υγρά, μ.χ. και να διαθέτει ελαστική μανσέτα στο άκρο.