

ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ:

- 1) Με λαβή STANDART F.O.
- 2) Υλικό από ανοξείδωτο μέταλλο. κατάλληλο για ιατρική χρήση.
- 3) Δυνατότητα αποστείρωσης (να αναφερθούν οι συμβατοί τρόποι).
- 4) Σχεδιασμός κατάλληλος ώστε να προσφέρει ασφαλές κράτημα. μειώνοντας συγχρόνως την πιθανότητα ανάπτυξης μικροοργανισμών.
- 5) Να φέρει πιστοποίηση ISO.
- 6) Τροφοδοσία με απλές αλκαλικές μπαταρίες του εμπορίου.
- 7) Πηγή φωτισμού LED. με κατανομή λευκού φωτός
- 8) Χρήση αναλώσιμου υλικού μη αποκλειστικής προμήθειας (μπαταρία, λαμπτήρας LED).

ΔΑΜΕΣ:

- 1) Αριθμός λαμών δυο τυποι:
 - α) MILLER Νο0: OVERALL LENGTH 80mm. DISTAL WIDTH 10,5mm (ΕΥΘΕΙΑ)
 - β) PEAD Νο1: OVERALL LENGTH 95mm. DISTAL WIDTH 13mm (ΕΥΘΕΙΑ).
- 2) Υλικό α.ό ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής. κατάλληλο για ιατρική χρήση.
- 3) Κατασκευή συμπαγείς
- 4) Σχεδιασμός χωρίς πτυχώσεις. κατάλληλος για την αποφυγή ανάπτυξης μικροοργανισμών. με ειδικά κατασκευασμένο άκρο για την αποφυγή τραυματισμών.
- 5) Ευκολία προσαρμογής στη λαβή
- 6) Δυνατότητα αποστείρωσης (να αναφερθούν οι συμβατοί τρόποι κλιβανισμού).
- 7) Μετάδοση φωτισμού μέσω οπτικών ινών.

Το SET να περιλαμβάνει θήκη μεταφοράς και αν ζητηθεί να γίνει επίδειξη στη επιτροπή αξιολόγησης.

MARIA T. KATT 1944 1/25/48 PH
 EMIL B. KATT 1944 1/25/48 R.A.N.
 A.M. 1944 1/25/48 2937