



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.....
ΤΜΗΜΑ.....

Ταχ. Δ/ση: Κ. Παλαιολόγου & Κνωσσού
Ταχ. Κώδικας: 72100, Άγιος Νικόλαος
Πληροφορίες: κ. ΒΕΛΗΜΒΑΣΑΚΗ ΠΗΓΗ
Τηλέφωνο: 2841343538
Τηλεομ/πία:
Ηλ. Δ/ση:

Βαθμ. Ασφ.:
Άγιος Νικόλαος 14/07/21
Αρ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΑΡΡΩΣΤΩΝ

- 1) Η επιφάνειας κατάκλισης να είναι διαστάσεων 190*85 CM (μεγαλύτερο μήκος θα εκτιμηθεί) αποτελούμενη από 4 τμήματα : πλάτης, λεκάνης, μηρών και ποδιών, κατασκευασμένα από προσθαιρούμενο πλαστικό υλικό .Επίσης να διαθέτει ενσωματωμένη επέκταση (να αναφερθεί το μήκος προς αξιολόγηση) έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί να ψηλότερους ασθενείς.
- 2) Ελαστικούς προσκρουστήρες στις 4 γωνίες της κλίνης.
- 3) Να δέχεται βάρος τουλάχιστον 200 κιλά (ασφαλές φορτίο λειτουργίας).
- 4) Να διαθέτει μετόπες κεφαλής και ποδιών οι οποίες να προσθαιρούνται εύκολα κι να είναι από πλαστικό υλικό . Να διαθέτουν σύστημα κλειδώματος στο σασί .
- 5) Να διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενες τις ακόλουθες θέσεις :
 - α) Εύρος διακύμανσης ύψους από 40-80 cm(+/-10%)
 - β) Τμήματος πλάτης τουλάχιστον 65 μοίρες .
 - γ) Τμήματος μοιρών τουλάχιστον 30 μοίρες.
 - δ) Trendelburg/anti- Trendelburg τουλάχιστον 15 μοίρες.
- 6) Να διαθέτει χειριστήριο νοσηλεύτριας για κλείδωμα των κινήσεων και ηλεκτρικό CPR. Ιδιαίτερα για το CPR , η κλίνη να οριζοντιώνεται και να κατεβαίνει στο κατώτερο σημείο ύψους για εύκολη διαχείριση της διαδικασίας ΚΑΡΠΑ από οποιονδήποτε.
- 7) Να διαθέτει επιπλέον ενσύρματο χειριστήριο για την ρύθμιση της πλάτης, των μηρών, του ύψους και της θέσης autocontour από την πλευρά του ασθενή. Το χειριστήριο να μπορεί να αποσυνδέεται εύκολα για την άμεση αντικατάσταση του ακόμα KOL από μη τεχνικό προσωπικό.
- 6) Το τμήμα της πλάτης να έχει ενσωματωμένη λειτουργία μετακινήσεως προς τα πίσω καθώς ανασηκώνεται, προς αποφυγή των πιέσεων που ασκούνται στην κοιλιακή χώρα. Να αναφερθεί το μήκος ανοίγματος. Επίσης, να διαθέτει μηχανικό σύστημα άμεσης οριζοντίωσης για περίπτωση εκτάκτων αναγκών CPR.

7)Να διαθέτει (4) πλαστικούς τροχούς διαμέτρου Φ150χιλ. τουλάχιστον με κεντρικό σύστημα φρένων.

8)Να περιλαμβάνεται στη βασική σύνθεση κάθε κλίνης στρώμα με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Διαστάσεις: κατάλληλες για χρήση με τις παραπάνω κλίνες και κατασκευής τουλάχιστον στρώσεων με πάχος τουλάχιστον 14cm.

- Να διαθέτει σύστημα (όπως ειδικές στρώσεις κλπ) για την βέλτιστη διανομή και διατήρηση ιδανικής θερμοκρασίας κάτω από τον ασθενή και την αποφυγή ανάπτυξης υγρασίας.

9)Να προσφερθούν ως επιπλέον αξεσουάρ δύο πλαϊνά κιγκλιδώματα τα οποία να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ MTN

ΒΕΛΗΜΒΑΣΑΚΗ ΠΗΓΗ