



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

(Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος)

Ταχ. Δ/ση: Κωνστ. Παλαιολόγου & Κνωσσού

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

T.K. 72100



Άγιος Νικόλαος

8-7-2021

Αριθμ. Πρωτ: _____

Πληροφορίες: Ευάγγελος Λυράκης

Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

☎ Τηλέφωνο: 2841 343615

☎ Fax: 2841 083327

✉ E-mail: vlirakis@agnhosp.gr

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Στον ακόλουθο πίνακα παραθέτονται οι προδιαγραφές για την προμήθεια δύο (2) ηλεκτρικών αναρροφήσεων για την κάλυψη των αναγκών της παθολογικής κλινικής, συνολικού προϋπολογισμού (2.000€) δύο χιλιάδων ευρώ χωρίς Φ.Π.Α..

1.	Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, νεότευτου σχεδιασμού, με όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται, για τη σωστή και πλήρη λειτουργία του και να παραδοθεί με δαπάνη της προμηθεύτριας εταιρείας στο Νοσοκομείο, όπως επίσης και μια επίδειξη λειτουργίας.
2.	Να διαθέτει: • Τέσσερις τροχούς προσθαιρούμενους στο κυρίως σώμα (χωρίς βάση) και οι δύο τουλάχιστον να φέρουν φρένο • Μανόμετρο με ένδειξη σε mmHg και σε kPa πιστοποιημένο κατά EN837-1 • Διακόπτη ON-OFF με φωτεινή ένδειξη και κομβίο για την ρύθμιση της ισχύος • Δύο τουλάχιστον υποδοχές για τοποθέτηση δύο φιαλών άθραυστων τεσσάρων λίτρων (4lt) τουλάχιστον έκαστη. • Σύστημα προστασίας από υπερχειλίση • Αντιμικροβιακό, αντιβακτηριδιακό, υδρόφοβο φίλτρο • Χειρολαβή στο πίσω μέρος της για εύκολη και γρήγορη μεταφορά.
3.	Η ισχύς της να είναι τουλάχιστον 90L/min και η πίεση κενού τουλάχιστον 0,90 Bar.

4.	Να δύναται να δεχτεί και σακούλες μιας χρήσης των 2 λίτρων χωρίς καμία απολύτως μετατροπή όπως και φιάλες μίας χρήσης.
5.	Ο εξοπλισμός να είναι κατασκευασμένος από ειδικό αντιστατικό και άθραυστο πλαστικό υλικό.
6.	Ο μηχανισμός αναρρόφησης να είναι με αντλία εμβόλου για να μη χρήζει λίπανσης και συντήρησης.
7.	Το βάρος του εξοπλισμού να μην υπερβαίνει τα εικοσιπέντε κιλά (25kg).
8.	Να παραδοθεί με τέσσερις (4) φιάλες των τεσσάρων λίτρων (4lt) έκαστη, οι οποίες να διαθέτουν διαβαθμίσεις, διπλή ασφάλεια υπερπλήρωσης και με δυνατότητα αποστείρωσης σε υγρό κλίβανο.
9.	Η προσφορά να συνοδεύεται με τα εξής πιστοποιητικά: • Πιστοποιητικό EC για τον προσφερόμενο εξοπλισμό • Πιστοποιητικό ISO 10079-1 για τον προσφερόμενο εξοπλισμό • Πιστοποιητικό ISO 13485:2016 προμηθευτή • Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 προμηθευτή • Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης προμηθευτή με το οποίο βεβαιώνεται ότι υπάγεται σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82 Α) και Π.Δ. 15/2006 (ΦΕΚ 12 Α) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 • Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ.1348/07-01-04 «Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων»
10.	Ο προμηθευτής θα πρέπει να εγγυάται τη συντήρηση και επισκευή του. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών και την κάλυψη με ανταλλακτικά για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια.

Ο Συντάξας

Λυράκης Ευάγγελος
Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ