

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ)**

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΡ. ΜΑΣΟΥΝΤ ΧΑΝΙ

ΑΡΘ.ΠΡΩΤ.:

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : ΑΙΘΟΥΣΑ 2841343511, ΓΡΑΦ. ΙΑΤΡΩΝ : 2841343436, Δ/ΝΤΗΣ : 284134351



**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ •**

- 1) Αποσπώμενο δοχείο συλλογής εκκρίσεων 250ml με ζελοποιητικάπολυμαντική σκόνη
- 2) ενσωματωμένο βακτηριακό φίλτρο με προστασία υπερχειλίσσης και οσμών και ενσωματωμένο σωλήνα
- 3) luer που να συνδέεται απευθείας με τον σωλήνα αναρρόφησης της τραχειοστομίας.
- 4) Το δοχείο να είναι απόλυτα συμβατό με την φορητή αντλία SIMEX
SUBGLOTTIC ASPIRATION SYSTEM CUFF M

– ΤΙΜΗ 60 ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ Φ.Π.Α. 24%)

Ημερομηνία: 02/06/2021

Συντονιστής Δ/ντης ΜΕΘ

Δρ.Χ. Μασούντ

ΔΡ. ΜΑΣΟΥΝΤ ΧΑΝΙ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΜΕΘ
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ - ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΑΜΚΑ 16015603299 - ΑΜ 69279