

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ)



ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΡ. ΜΑΣΟΥΝΤ ΧΑΝΙ

ΑΡΘ. ΠΡΩΤ.:

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : ΑΙΘΟΥΣΑ 2841343511, ΓΡΑΦ. ΙΑΤΡΩΝ : 2841343436, Δ/ΝΤΗΣ : 2841343514

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΘΩΡΑΚΟΣ 1 Θαλάμων

1. Να είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά
2. Ο θάλαμος συλλογής να έχει την μεγαλύτερη δυνατή χωρητικότητα και βαθμονομημένο.
3. Τα λάστιχα για την σύνδεση με τον ασθενή και την αναρρόφηση να μη τσακίζονται και να διαθέτουν το κατάλληλο μήκος και διάμερο
4. Να διαθέτει άγκιστρα ανάρτησης και σύστημα στερέωσης δαπέδου
5. Να έχει την κατάλληλη σκληρότητα και υποδοχή για αρνητική πίεση (αναρρόφηση)

Άγιος Νικόλαος , 13/07/2021

Δ/ντής ΜΕΘ

Δρ. Χ. Μασούντ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ - ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΑΜΚΑ: 10015603299 - ΑΜ 69279