

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΡ. ΜΑΣΟΥΝΤΧΑΝΙ

ΑΡΘ.ΠΡΩΤ.:

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : ΑΙΘΟΥΣΑ 2841343511, ΓΡΑΦ. ΙΑΤΡΩΝ : 2841343436, Δ/ΝΤΗΣ : 2841343514



Τεχνικές Προδιαγραφές για Σύστημα Παροχέτευσης Θώρακος με
Τεχνική Seldinger

Το Σετ να είναι εξαιρετικά ασφαλές έτσι ώστε να μειώνει στο ελάχιστο τις πιθανότητες τραυματισμού και να περιέχει :

- 1) Κατάλληλη ατραυματική βελόνα εισαγωγέας με το αιχμηρό άκρο της να είναι κυρτό για την αποφυγή του τραυματισμού του πνευμονικού παρεγχύματος.
- 2) Καθετήρα 12 FR με το κατάλληλο μήκος (30 cm περίπου)
- 3) Ειδικό οδηγό σύρματος με διπλάσιο μήκος του Καθετήρα περίπου
- 4) Ειδικό συνδετικό για απευθείας σύνδεσης με κλειστό σύστημα παροχέτευσης Θώρακος (Buelau)
- 5) Διαστολέα 14 FR , κατάλληλο μήκος και μη τραυματικό

Άγιος Νικόλαος , 13/07/2021

Συντ. Δ/ντης ΜΕΘ
Δρ. Χ. Μασούντ
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΑΜΚΑ: 1601563299 - ΑΠ 69279