

Συντήρηση φυγοκέντρου Heraeus Labofuge 400R

- 1) Έλεγχος σωστής λειτουργίας της φυγοκέντρου
 - 2) Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας
 - 3) Έλεγχος όλου του συστήματος κλειδαριάς και κλειδώματος
(Επισκευή σφάλματος E-17)
 - 4) Καθαρισμός όλων των συστημάτων και μηχανισμών
 - 5) Λίπανση όπου απαιτείται
 - 6) Έλεγχος κατάστασης όλων των επιμέρους εξαρτημάτων
 - 7) Έλεγχος και πλήρη συντήρηση συστήματος ψύξης
-
- Όλες οι ενέργειες να πραγματοποιηθούν βάση των φυλλαδίων του κατασκευαστή.
 - Έπειτα από τη συντήρηση να παραδοθεί με τεχνικό φυλλάδιο συντήρησης και ο ανάδοχος να εγγυάται τη σωστή λειτουργία του για έξι (6) μήνες τουλάχιστον.
 - Θα προτιμηθεί ανάδοχος με επίσημο πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο της φυγοκέντρου.
 - Να αναφερθεί το μέρος όπου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες και οποιαδήποτε μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν τον ανάδοχο.