

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αγ. Νικόλαος

. Παρακαλούμε, όπως ζητήσετε
προσφορά για την προμήθεια ενδομυελικού ήλου κεντρικού μηριαίου οστού, κοντού,
από κράμα Ti, με τις ανάλογες φρέζες, 2 οδηγούς και περιφ. βίδα για να υποβληθεί
σε χειρουργική επέμβαση και με τις κατωθι προδιαγραφες

Μηριαίο οστόν, Κεντρικού μηριαίου περιτροχαντηρίων καταγμάτων από κράμα Ti, Ανατομικός, κοντός (έως 220 mm
ήλος τιτανίου για διατροχαντήρια, περιτροχαντήρια και υποτροχαντήρια κατάγματα του μηριαίου
οστού, τύπου G-nail (Gamma Nail), με κεφαλική βίδα και δυνατότητα στατικής και δυναμικής ασφάλισης στο
περιφερικό τμήμα του ήλου.
Το σύστημα να διαθέτει ήλους κοντούς (Short) διαμέτρου 9mm, 10mm & 11mm σε μεγέθη 180mm, 200mm,
240mm και σε δύο γωνίες 125° και 130°.
Να διατίθενται, κατ' επιλογήν, πώματα ασφάλισης για τους ενδομυελικούς ήλους & τους
κεφαλικούς/συμπιεστικούς ήλους.
Οι περιφερικές βίδες κλειδώματος των ήλων είναι διαμέτρου 4,8mm & μήκους από 26mm έως & 50mm. Η
εφαρμογή των
περιφερικών βιδών γίνεται με την βοήθεια εξωτερικού οδηγού, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο
μη αναγκαία την χρήση ακτινοσκοπικού μηχανήματος (C-Arm).
Διατίθενται μαζί με τη σειρά εργαλείων : εύκαμπτα γλύφανα (reamers), βελόνες-οδηγοί,
ελαίες-οδηγοί 650mm, και κατάλληλες φρέζες, για την εφαρμογή του υλικού.

Ευχαριστούμε
Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α.Ν.
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ο Διευθυντής
ΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ