ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΡ. ΜΑΣΟΥΝΤΧΑΝΙ

ΑΡΘ.ΠΡΩΤ.:

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : ΑΙΘΟΥΣΑ 2841343511, ΓΡΑΦ. ΙΑΤΡΩΝ : 2841343436, Δ/ΝΤΗΣ : 2841343514

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣ/ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ

1) Τα διαλύματα να είναι αποστειρωμένα και ελεύθερα πυρετογόνων.
2) Οι σάκοι διαλυμάτων υποκατάστασης να διαθέτουν σύνδεση ασφαλείας safe lock, ώστε να παρέχεται η μέγιστη ασφάλεια κατά την ένωσή τους με τις γραμμές αιμοδιαδιήθηση καθώς και Injection port, που επιτρέπει την έγχυση οποιουδήποτε φαρμάκου στο διάλυμα.
3) Τα διαλύματα να διατίθενται σε ένα σάκο δύο διαμερισμάτων, όπου στο ένα διαμέρισμα να περιέχει το αλκαλικό διάλυμα διττανθρακικού νατρίου και στο άλλο διαμέρισμα το διάλυμα με τις ηλεκτρολύτες.
4) Η συνολική χωρητικότητα του σάκου να είναι από 4,5 μέχρι 5 λέτρα
5) Το διάλυμα να είναι έτοιμο προς χρήση μόλις αναμιγνύονται 2 διαμερίσματα του σάκου και να έχει μακρά ημερομηνία λήξης .
6) Τα διαλύματα να περιέχουν Κάλιο 2mmol/l και άνω και γλυκόζη .
7) Ο σάκος να είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό υλικό .
8) Να διαθέτουν τρία σημεία στήριξης για καλύτερη σταθεροποίηση κατά την διάρκεια της αιμοδιαδιήθησης ή να διατίθενται με κατάλληλους αντάπτορες για την σταθεροποίησή τους στο μηχάνημα (οι αντάπτορες να διατεθούν δωρεάν)
9) Οι γραμμές χορήγησης των διαλυμάτων αποκατάστασης για αιμοδιήθηση και αιμοδιαδιήθηση, κατάλληλες για μηχανήματα Fresenius, Hospal , Gambro, Bellco κ.α.
10) Να διαθέτει δείγμα ή προσπεκτους

Άγιος Νικόλαος , 28/04/2023

Συντ. Δ/ντης ΜΕΘ
Δρ. Χ. Μασούντ