

1) Προδιαγραφές βαλβίδας :

Αντιγλαυκωματική συσκευή χωρίς βαλβιδικό μηχανισμό από ιατρική εμφυτεύσιμη σιλικόνη, ενηλίκων, μήκους 44,9 mm, πλάτους 23 mm και επιφάνεια δίσκου 342.1 mm². Να διαθέτει σωληνίσκο σιλικόνης εξωτερικής διαμέτρου 0,467mm και εσωτερικής 0,127mm.

ORCO=351602