

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΡ. ΜΑΣΟΥ ΝΤΧΑΝΙ

ΑΡΘ.ΠΡΩΤ.:

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : ΑΙΘΟΥΣΑ 2841343511, ΓΡΑΦ. ΙΑΤΡΩΝ : 2841343436, Δ/ΝΤΗΣ : 2841343514



Τεχνικές Προδιαγραφές για Σωλήνα

Τραχειοστομίας

Ο σωλήνας Τραχειοστομίας να διαθέτει :

1. Σωληνάκι αναρρόφησης πάνω από το Cuff
2. Κλίση πάνω από 100°
3. να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα στο Cuff
4. να διαθέτει οδηγός με οπή *
5. Να διαθέτει δυο εσωτερικές κάνουλες και συγχρόνως η σύνδεση του τραχειοστομείου στο κύκλωμα του αναπνευστήρα να είναι δυνατή με ,ή χωρίς την χρήση της κάνουλας
6. ο οδηγός να είναι σκληρός ώστε να εισχωρεί εντός σωλήνα κατά την διάρκεια της τοποθέτησης .
7. να μη σχηματίζεται κενό ούτι δόντι ανάμεσα στο τέρμα του σωλήνα και του οδηγού .
8. να έχει OD 11,3 ± 0,3 mm.
9. Να διαθέτει δείγμα ή προσπέκτο υποχρεωτικά

Άγιος Νικόλαος , 15/06/2023

ΔΡ. ΜΑΣΟΥ ΝΤΧΑΝΙ
Συντ. Δ/ντης ΜΕΘ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΜΚΑ: 1603360399 - ΑΜ: 69279