

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΡ. ΜΑΣΟΥΝΤΧΑΝΙ

ΑΡΘ.ΠΡΩΤ.:

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : ΑΙΘΟΥΣΑ 2841343511, ΓΡΑΦ. ΙΑΤΡΩΝ : 2841343436, Δ/ΝΤΗΣ : 2841343514



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑ

ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛΗΝΑΣ HI LP MS CUFF ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

- Να είναι κατασκευασμένοι από διάφανο θερμοευαίσθητο Pvc latexfree.
- Να είναι σχετικά σκληροί και να μην κάμπτονται, για εύκολη διασωλήνωση
- Το CUFF να είναι τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά
- Να φέρει ειδική σήμανση βάθους σε απόσταση 3 cm από το CUFF, διευκολύνοντας την τοποθέτηση του άκρου του σωλήνα εντός της τραχείας.
- Να έχουν CUFF "με κωνικό" σχήμα ώστε να είναι ατραυματικό.
- Με ενσωματωμένο στο σωλήνα καθετήρα αναρόφησης άνωθεν του cuff.
- Να σταλεί δείγμα ή Προσπέκτο

Άγιος Νικόλαος , 15/06/2023

Συντ. Δ/ντης ΜΕΘ

Δρ. Χ. Μασούντ
ΧΑΝΙ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΘ
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΠΝΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΜΚΑ: 16015603299 - ΑΜ: 69279