

1. Νο 26G, 0,6X16mm καθετήρας από πολυουρεθάνη, μακράς παραμονής στη φλέβα (έως 96 ώρες) χωρίς να διαστέλλεται από τη θερμοκρασία του σώματος.
2. Να διαθέτει μικρά πτερύγια στήριξης εργονομικά, εύκαμπτα για ασφαλή στεραίωση και βαλβίδα έγχυσης με καπάκι ασφαλείας και σύνδεση Luer Lock για ασφαλή χορήγηση φαρμάκων .
3. Να έχει βελόνα σιλικοναρισμένη και με ατραυματικό άκρο για ανώδυνη φλεβοκέντηση.
4. Να είναι ακτινοσκιερός, αποστειρωμένος σε ατομική συσκευασία ,με υπολειπόμενο χρόνο αποστείρωσης 4- 5 έτη από την παράδοση.
5. Να έχει λεπτά ευλύγιστα τοιχώματα για να διατηρείται η μεγαλύτερη δυνατή εσωτερική διάμετρο, ώστε να επιτυγχάνονται σταθερές ταχύτητες ροής και να μην προκαλούνται τοπικοί ερεθισμοί.
6. Ο καθετήρας να έχει τέτοιο σχεδιασμό που να εφαρμόζει τέλεια με τον οδηγό στυλεό (βελόνα), ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο συρρίκνωσης του καθετήρα κατά την εισαγωγή του.
7. Να είναι ελεύθερο πυρετογόνων, latex- free και DEHP- free
8. Η κατασκευή του να συμφωνεί με όλα τα ISO και να φέρει πιστοποίηση CE.
- 10, Απαραίτητο δείγμα.