



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

Άγιος Νικόλαος: 16/01/2026

Αίτημα προσφοράς διαφανοσκόπειου

Παρακαλώ να ζητήσετε προσφορά για διπλό επιτοίχιο Διαφανοσκόπιο τεχνολογίας LED PLUS με μικρό πάχος. Το πλαίσιο να είναι κατασκευασμένο από ανοδιομένο αλουμίνιο που να μην χαράσσεται, με χρήση της νέας τεχνολογίας LED PLUS που να αποδίδει >3500 cd/mq, με οπτική επιφάνεια ομοιογενής λευκή ακρυλική οπαλίνα μικρού πάχους και ηλεκτρική εγκατάσταση κατασκευασμένη με μόνωση PVC. Τα εξαρτήματα να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της CEI, UL, DVE, IMQ και η συσκευή να καλύπτει της απαιτήσεις της οδηγίας Low Voltage Directive 73/23 EEC και της Electro Magnetic Compatibility 89/336 EEC.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις	505mm(Ύψος) X 817mm(Πλάτος) X 30mm (βάθος)
Καθαρή Οπτική Επιφάνεια	720mmX420mm.
Βάρος	Έως 8Kg
Θερμοκρασία Χρώματος	7200°K
Αρ. Διακοπτών	2 , DIMMER: 2

Σας ευχαριστώ

Χοχλιδάκης Σταύρος
Διευθυντής Ορθοπεδικής
κλινικής ΓΝΑΝ