

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΡ. ΜΑΣΟΥΝΤΧΑΝΙ

ΑΡΘ.ΠΡΩΤ.:

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : ΑΙΘΟΥΣΑ 2841343511, ΓΡΑΦ. ΙΑΤΡΩΝ : 2841343436, Δ/ΝΤΗΣ : 2841343514



ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ

- Να είναι κατασκευασμένος από θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη για εξαιρετική αντοχή έναντι τσακισμάτων, ευκολία κατά την τοποθέτηση και διασφάλιση της μέγιστης άνεσης για τον ασθενή.
- Ο τρίτος αυλός να είναι για χορήγηση υγρών και φαρμάκων παράλληλα με την αιμοκάθαρση
- Να Δύναται να τοποθετηθεί μέσω υποκλειδίου, σφαγίτιδας και μηριαίας φλέβας για χρήση κατά την αιμοκάθαρση, και πλάσμαφαίρεση.
- Να Παρέχει υψηλότερους ρυθμούς ροής καθιστώντας αποτελεσματική τη θεραπεία αιμοκάθαρσης του ασθενούς.
- Να είναι ειδικά σχεδιασμένο μαλακό με αμβλύ άκρο για ευκολία κατά την τοποθέτηση και αποφυγή τραυματισμού του αγγείου.
- Να είναι Με δυνατότητα για γρήγορη και με ακρίβεια τοποθέτηση πάνω από το οδηγό σύρμα.
- Να έχει μαλακό έξτρα οδηγό σύρμα με το κατάλληλο μήκος .
- Να έχει περιστρεφόμενα πτερύγια στερέωσης με ράμματα του καθετήρα για επανατοποθέτηση του καθετήρα χωρίς την αφαίρεση των ραμμάτων.
- Να συνοδεύεται από δείγμα κατά προτίμηση ή τουλάχιστον από προσπέκτους

Άγιος Νικόλαος , 25/08/2021

Δ/ντης ΜΕΘ
Δρ. Χ. Μασούντ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΜΒΛΙΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΑΜΚΑ: 1601560299 - ΑΜ. 69279