

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΣΚΑΣ CPAP ΕΝΗΛΙΚΩΝ

- Να διαθέτει ενσωματωμένο ρυθμιστικό venturi και ρυθμιζόμενη βαλβίδα PEEP
- Να επιτυγχάνει ακρίβεια σε $F_i O_2$ 30%, 40%, 50% , 60% και 100%
- Να περιέχει μάσκα CPAP ενηλίκων με σωλήνες παροχής οξυγόνου και ενσωματωμένο ρυθμιστικό venturi , ρυθμιζόμενη βαλβίδα PEEP 5-20cm H_2O και κεφαλοδέτη.
- Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη .
- Να δωθεί ο συνοδός εξοπλισμός (ροόμετρο διπλό 15ml/min 30 L /min)
- Να παρέχει ροές έως και 80 L/min