



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.....
ΤΜΗΜΑ.....

Ταχ. Δ/ση: [Κ. Παλαιολόγου & Κνωσσού](#)
Ταχ. Κώδικας: 72100, Άγιος Νικόλαος
Πληροφορίες: κ. ΒΕΛΗΜΒΑΣΑΚΗ ΠΗΓΗ
Τηλέφωνο: 2841343538
Τηλεομ/πία:
Ηλ. Δ/ση:

Βαθμ. Ασφ.:
Άγιος Νικόλαος 20/6/22/22
Αρ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΤ

Να περιλαμβάνει απαραίτητα υλικά για τη σωστή περιποίηση του σημείου φλεβοκέντισης και για την προετοιμασία της αιμοκάθαρσης. Να περιλαμβάνονται σε σκληρό δισκάκι και τα υλικά για τη διακοπή της αιμοκάθαρσης να περιλαμβάνονται σε χωριστή αεροστεγή συσκευασία που θα περιλαμβάνεται στο σκληρό δισκάκι.

Πριν από τη φλεβοκέντιση

- Χειρουργικό πεδίο αποστειρωμένο-απορροφητικό-αδιάβροχο μεγάλου μεγέθους.
- Ένα (1) ζεύγος αποστειρωμένα ελαστικά γάντια μικρού ή μεσαίου μεγέθους (δυνατότητα επιλογής) σε χειρουργική συσκευασία
- Τρεις-Τέσσερις (3-4) γάζες περίπου 7,5x7,5 εκ.
- Δύο (2) ειδικά υποαλλεργικά αυτοκόλλητα με εγκοπή για σταθεροποίηση και έλεγχο της βελόνας φλεβοκέντισης.
- Τέσσερα (4) υποαλλεργικά αυτοκόλλητα για σταθεροποίηση των γραμμών αιμοκάθαρσης
- Τρία-τέσσερα (3-4) ειδικά τολύπια

Μετά τη φλεβοκέντιση-έξοδο αιμοκάθαρσης

- Ένα (1) ζεύγος αποστειρωμένα ελαστικά γάντια μικρού ή μεσαίου μεγέθους (δυνατότητα επιλογής) σε χειρουργική συσκευασία
- Δύο (2) αιμοστατικοί αυτοκόλλητοι επιδεσμοί τυπου SURESEAL
- Δυο (2) πλαστικοί σφικτηρες βραχίονα ρυθμιζόμενοι τουλάχιστον 40 εκατοστων
- Δυο (2) τολυπια γάζας μεγάλα
- Δυο (2)γαζες 7.5*7,5 εκ
- Τρία (3) τολυπια γάζας

Να είναι αποστειρωμένα με GAMMA RAY ακτινοβολια. με χρόνο ζωής πέντε (2-3) χρόνια.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

