



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

(Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος)

Ταχ. Δ/ση: Κωνστ. Παλαιολόγου & Κνωσσού

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τ.Κ. 72100



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

14-7-2026

Αριθμ. Πρωτ: _____

Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Πληροφορίες: Ευάγγελος Λυράκης

☎ Τηλέφωνο: 2841 343615

☎ Fax: 2841 083327

✉ E-mail: vlirakis@agnhosp.gr

ΠΡΟΣ: Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

Τμήμα Οικονομικού/Προμηθειών

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ BOOM AMEA

Στον ακόλουθο πίνακα παραθέτονται οι προδιαγραφές για την προμήθεια ενός (1) γυναικολογικού BOOM με δυνατότητα υποστήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες, προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (5.500€) χωρίς Φ.Π.Α..

1.	Να είναι εργονομικής και στέρεας κατασκευής, πολύ ανθεκτική κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση και ειδικά για χρήση AMEA.
2.	Να διαθέτει βάση τροχήλατη για μετακίνηση μέσω 4 διπλών πλαστικών τροχών διαμέτρου Φ100 με φρένο.
3.	Να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται εύκολα. Για το λόγο αυτό η βάση του να είναι καλυμμένη από καλουπωτό θερμοπλαστικό αντιμικροβιακής σύστασης ιόντων αργύρου (ag), και η επιφάνεια κατάκλισης να είναι από δερματίνη άριστης ποιότητας χωρίς ραφές. Να κατατεθεί πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα σχετικά με την αντιμικροβιακή σύσταση του πλαστικού. Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του χρώματος της δερματίνης.
4.	Να διαθέτει προσθαιρούμενο μαξιλάρι κεφαλής ιδίου χρώματος και υλικού με την δερματίνη. Να προσφερθεί προς επιλογή με τιμή μηχανική προσαρμογή τμήματος κεφαλής $\pm 20^\circ$.
5.	Να διαθέτει ρυθμιζόμενα χειροκίνητα στηρίγματα (υποπόδια) και να διαθέτουν στήριξη στις γάμπες και στα πόδια τα οποία να μπορούν να περιστραφούν.
6.	Να διαθέτει ανοξείδωτη λεκάνη υγρών.

7.	Να διαθέτει υποδοχή για ρολό χάρτι.
8.	Να κατεβαίνει χαμηλά καθ' ύψος και να διαθέτει μπράτσα ανακλινόμενα για την εύκολη είσοδο και έξοδο του ασθενούς από το πλάι της πολυθρόνας.
9.	Να διαθέτει τμήμα ποδιών αποσπώμενο. Το τμήμα ποδιών να είναι από αφρώδες υλικό με κάλυμμα δερμάτινης και επιπρόσθετα να έχει διαφανή μεμβράνη προστασίας.
10.	Να δέχεται βάρος τουλάχιστον 180Kg (ασφαλές φορτίο λειτουργίας).
11.	Οι διαστάσεις της πολυθρόνας να είναι : ➤ Πλάτος καθίσματος 600 mm τουλάχιστον. ➤ Μήκος 1200 mm τουλάχιστον (χωρίς το τμήμα των ποδιών).
12.	12. Η πολυθρόνα να εκτελεί τις κάτωθι ηλεκτρικές κινήσεις μέσω ενσύρματου χειριστηρίου: ➤ Ελάχιστο ύψος: 45εκ (±2 εκ) ➤ Μέγιστο ύψος: 85εκ (±2 εκ) ➤ Trendelenburg: 10° τουλάχιστον ➤ Λεκάνη: 20° τουλάχιστον ➤ Πλάτη: -10° έως 60° τουλάχιστον.
13.	Να προσφερθούν προς επιλογή ποδομοχλοί για την εκτέλεση των ως άνω κινήσεων.
14.	Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών, με έναρξη την ημερομηνία παράδοσης.
15.	Να δοθεί στη προσφορά έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή περί υποστήριξης και ύπαρξης ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη.
16.	Θα πρέπει να κατατεθούν μαζί με τη προσφορά τα εξής πιστοποιητικά: • Πιστοποιητικό CE • Πιστοποιητικό ISO 13485 κατασκευαστικού οίκου • Πιστοποιητικό ISO 13485 προμηθευτή • Πιστοποιητικό ISO 9001 κατασκευαστικού οίκου • Πιστοποιητικό ISO 9001 προμηθευτή • Πιστοποιητικό ISO 37001 προμηθευτή • Πιστοποιητικό ISO 50001 προμηθευτή • Πιστοποιητικό συμμετοχής σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ 117/2004(ΦΕΚ 82Α) και Π.Δ 15/2006(ΦΕΚ 12Α) σε

	συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108. • Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ/8Δ/ΓΠ1348/04(ΦΕΚ 32Β/16-1-04) περί διακίνησης Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
17.	Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης για το πλήθος των άνω προδιαγραφών με σαφής παραπομπές στα γνήσια έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου, επί ποινή αποκλεισμού.