



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν-Κ.Υ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

«ΔΙΑΔΥΝΑΚΕΙΟ»
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ.Α.Ε.Κ



Άγιος Νικόλαος, 02/09/2026

Ταχ. Δ/ση: Κ. Παλαιολόγου & Κνωσσού
Ταχ. Κώδικας: 72100, Άγιος Νικόλαος
Πληροφορίες: κ. Ανδρεαδάκη Ειρήνη
Τηλέφωνο: 2841343107
Τηλεομ/πία:
Ηλ. Δ/ση: epasagnhosp@yahoo.gr,
saekgnan@agnhosp.gr

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θέμα: Προδιαγραφές εκπαιδευτικού Αυτόματου/Ημιαυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED Trainer) για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ΣΑΕΚ

Ο Εκπαιδευτικός Αυτόματος/Ημιαυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτή (AED Trainer) θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς στη ΣΑΕΚ.

Ο εξοπλισμός θα αξιοποιηθεί για την πρακτική εκπαίδευση των καταρτιζομένων σε διαδικασίες Βασικής Υποστήριξης της Ζωής (BLS), Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ/CPR) και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED)

Ο προσφερόμενος εκπαιδευτικός απινιδωτής θα πρέπει κατ' ελάχιστον:

1. Να είναι εκπαιδευτικός προσομοιωτής Αυτόματου/Ημιαυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED Trainer).
2. Να προσομοιώνει ρεαλιστικά τη λειτουργία πραγματικού AED.
3. Να διαθέτει αυτόματη ή/και ημιαυτόματη λειτουργία προσομοίωσης.
4. Να μην πραγματοποιεί πραγματική ηλεκτρική εκκένωση.
5. Να διαθέτει φωνητικές οδηγίες καθοδήγησης του εκπαιδευόμενου.
6. Οι φωνητικές οδηγίες να είναι διαθέσιμες στην ελληνική γλώσσα και αγγλική γλώσσα.
7. Να διαθέτει οπτικές ενδείξεις και οδηγίες.
8. Να διαθέτει τουλάχιστον οκτώ (8) διαφορετικά εκπαιδευτικά σενάρια ή αντίστοιχη δυνατότητα προσομοίωσης διαφορετικών περιστατικών.
9. Να διαθέτει ενσωματωμένο μετρονόμο ΚΑΡΠΑ για την καθοδήγηση του ρυθμού των θωρακικών συμπίεσεων.
10. Να διαθέτει επαναχρησιμοποιούμενα εκπαιδευτικά ηλεκτρόδια ενηλίκου.
11. Να παρέχει δυνατότητα ελέγχου/αναγνώρισης της τοποθέτησης των εκπαιδευτικών ηλεκτροδίων, εφόσον υποστηρίζεται από το μοντέλο.
12. Να παρέχει δυνατότητα υποστήριξης παιδιατρικής εκπαίδευσης με αντίστοιχα εκπαιδευτικά ηλεκτρόδια/εξαρτήματα.

13. Να διαθέτει ασύρματο τηλεχειριστήριο για τον έλεγχο των εκπαιδευτικών σεναρίων από τον εκπαιδευτή.
14. Να είναι φορητός και κατάλληλος για χρήση σε αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια.
15. Να λειτουργεί με μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
16. Να περιλαμβάνει τον απαιτούμενο φορτιστή/τροφοδοτικό ή τις απαιτούμενες μπαταρίες.
17. Να περιλαμβάνει θήκη μεταφοράς και προστασίας.
18. Να διαθέτει δυνατότητα προμήθειας ανταλλακτικών/αναλώσιμων εκπαιδευτικών ηλεκτροδίων.
19. Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης.
20. Να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος,
21. Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών,

Ενδεικτική τιμή: 400 €

Η Διευθύντρια

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ