



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

(Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος)

Ταχ. Δ/ση: Κωνστ. Παλαιολόγου & Κνωσσού

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τ.Κ. 72100



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

20-8-2026

Αριθμ. Πρωτ: _____

Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Πληροφορίες: Ευάγγελος Λυράκης

☎ Τηλέφωνο: 2841 343615

☎ Fax: 2841 083327

✉ E-mail: vlirakis@agnhosp.gr

ΠΡΟΣ: Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

Τμήμα Οικονομικού/Προμηθειών

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ BOOM

Στον ακόλουθο πίνακα παραθέτονται οι προδιαγραφές για την προμήθεια τριών (3) γυναικολογικού εξεταστικών πολυθρόνων (BOOM), συνολικού προϋπολογισμού δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3x6.500€) χωρίς Φ.Π.Α..

1.	Να είναι εργονομικής και στέρεας κατασκευής, πολύ ανθεκτική κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση.
2.	Να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται εύκολα. Για το λόγο αυτό η βάση της να είναι καλυμμένη από καλυντικό θερμοπλαστικό και η επιφάνεια κατάκλισης να είναι από δερματίνη άριστης ποιότητας χωρίς ραφές.
3.	Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής χρωματισμού για τη δερματίνη.
4.	Να δέχεται βάρος τουλάχιστον 200Kg ως ασφαλές φορτίο λειτουργίας.
5.	Να διαθέτει ανακλινόμενα μπράτσα.
6.	Να διαθέτει σκαλοπάτι ενσωματωμένο – ανακλινόμενο.
7.	Να διαθέτει υποδοχή ρολό χάρτου στο πίσω μέρος της πλάτης.
8.	Να διαθέτει βάση σταθερή σε σχήμα Η.
9.	Να διαθέτει ρυθμιζόμενα (οριζόντια και κάθετα με ταχυσιγκλήρες) χειροκίνητα στηρίγματα (υποπόδια) τα οποία να διαθέτουν στήριξη στις γάμπες και στα πόδια και να έχουν τη δυνατότητα περιστροφής. Να διαθέτουν κάλυμμα στο ίδιο χρώμα με τα υπόλοιπα.
10.	Να διαθέτει ανοξείδωτη λεκάνη υγρών.

11.	Να διαθέτει στήριγμα ποδιών πτυσσόμενο και αποσπώμενο. Το στήριγμα ποδιών να είναι από αφρώδες υλικό με κάλυμμα δερμάτινης ιδίου χρώματος με την υπόλοιπη.
12.	Να διαθέτει προσθαφαιρούμενο μαξιλάρι κεφαλής ίδιας απόχρωσης και υλικού με την υπόλοιπη δερματίνη. Να προσφερθεί προς επιλογή μηχανική προσαρμογή τμήματος κεφαλής $\pm 20^\circ$.
13.	Οι διαστάσεις της πολυθρόνας να είναι: ➤ Πλάτος καθίσματος 600 mm τουλάχιστον. ➤ Μήκος 1700 mm τουλάχιστον.
14.	Ο εξοπλισμός να διαθέτει τρεις κινητήρες και χειριστήριο ασθενή για ρύθμιση του ύψους τουλάχιστον κατά είκοσι (20cm) εκατοστά, της πλάτης τουλάχιστον -10° έως 55° και προσαρμογή καθίσματος τουλάχιστον 20° .
15.	Να διαθέτει ποδομοχλούς ενσωματωμένους στην βάση.
16.	Να συνοδεύεται μαζί με σκαμπό περιστρεφόμενο, ρυθμιζόμενου ύψους, χωρίς πλάτη παρόμοιο με της φωτογραφίας:
17.	Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών, με έναρξη την ημερομηνία παράδοσης.
18.	Να δοθεί στη προσφορά έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή περί υποστήριξης και ύπαρξης ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη.
19.	Θα πρέπει να κατατεθούν μαζί με τη προσφορά τα εξής πιστοποιητικά: • Πιστοποιητικό CE • Πιστοποιητικό ISO 13485 κατασκευαστικού οίκου • Πιστοποιητικό ISO 13485 προμηθευτή • Πιστοποιητικό ISO 9001 κατασκευαστικού οίκου • Πιστοποιητικό ISO 9001 προμηθευτή • Πιστοποιητικό ISO 37001 προμηθευτή

	• Πιστοποιητικό ISO 50001 προμηθευτή • Πιστοποιητικό συμμετοχής σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ 117/2004(ΦΕΚ 82Α) και Π.Δ 15/2006(ΦΕΚ 12Α) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108. • Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ/8Δ/ΓΠ1348/04(ΦΕΚ 32Β/16-1-04) περί διακίνησης Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
20.	Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης για το πλήθος των άνω προδιαγραφών με σαφής παραπομπές στα γνήσια έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου, επί ποινή αποκλεισμού.