

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΡ. ΜΑΣΟΥΝΤ ΧΑΝΙ

ΑΡΘ.ΠΡΩΤ.:

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : ΑΙΘΟΥΣΑ 2841343511, ΓΡΑΦ. ΙΑΤΡΩΝ : 2841343436, Δ/ΝΤΗΣ : 2841343514



ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΜΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΥΦΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥΣ

- 1) Να είναι ολόσωμη και για ενήλικους με διαστάσεις $220 \times 130 \text{εκ} \pm 4 \text{εκ.}$ και με ανατομική λαιμόκοψη.
- 2) Να είναι δύο στρωμάτων με υφασμάτινη υφή με εξαιρετική ανθεκτικότητα
- 3) Να μη είναι υφασμένο πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο
- 4) Να είναι ελαφρό, υποαλλεργικό, απαλό κι ανθεκτικό.
- 5) Να έχουν ειδική κυψελωτή διάταξη και να διαθέτουν μικροπόρους παροχής θερμότητας σε όλη την επιφάνειά τους και όχι τρύπες.
- 6) Να παραμένουν στη θέση τους χωρίς να "αιωρούνται", να είναι ελεύθερες latex, υψηλής αντίστασης σε φωτιά (να καλύπτουν το πρότυπο ασφαλείας **16 CFR 1610**).
- 7) Να είναι ανθεκτικές σε σχισίματα και τρυπήματα και να μην απορροφούν υγρά (πλήρως υδροαπωθητικές και αδιάβροχες). Να προσκομίζεται το πιστοποιητικό.
- 8) Κατά τη χρήση τους να μην αποβάλλουν ίνες σκόνης ή χνούδι σύμφωνα με ISO 9073-10. Να προσκομίζεται το πιστοποιητικό.
- 9) Να είναι μη αγωγίμες & αντιστατικές, ακτινοδιαπερατές και συμβατές με απεικονιστικά συστήματα.
- 10) Να μην περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες, ζωικούς ιστούς ή παράγωγα αίματος, απόλυτα βιοσυμβατές, μη αλλεργικές & μη κυτταροτοξικές, ελεύθερες PVC. Να προσκομίζονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
- 11) Να έχουν ασφαλείς υποδοχές σύνδεσης με το σωλήνα θέρμανσης.

Αγός Νικόλαος, 10/05/2021

ΔΡ. ΜΑΣΟΥΝΤ ΧΑΝΙ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΑΜΚΑ: 16815609299 - ΑΠ 69279

Συντ. Δ/ντης ΜΕΘ

Δρ. Χ. Μασούντ