ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 05/11/2026
Α. Π.: Εισερχ. 14669
Α. Π. Αποστολέα: 14669
Ημ/νία Αποστολής: 05/11/2026

Προδιαγραφές φορητού βιντεολαρυγγοσκοπίου

1. Να είναι ελαφρύ (κάτω από 4 κιλά)
2. Να είναι φορητό με οθόνη αφής τουλάχιστον 12 ιντσών σε διάμετρο
3. Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία διάρκειας τουλάχιστον 5 ωρών σε λειτουργία ενδοσκοπήσεων
4. Να διαθέτει λειτουργίες καταγραφής, λήψης στιγμιοτύπου, και δυνατότητα μεταφοράς οπτικού αρχείου σε USB stick
5. Να δέχεται κεφαλές βρογχοσκοπίων/ενδοσκοπίων διαφόρων διαμετρημάτων (παιδιατρικό – ενηλίκων) με μία από αυτές να διαθέτει κανάλι εργασίας/αναρρόφησης
6. Να έχει ανάλυση τουλάχιστον full HD (1920Χ1080)
7. Να έχει αυτονομία τουλάχιστον 2 ώρες

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΑ
ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΑ/ΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΑ/ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΑ

1. Να διατίθεται σε 4 μεγέθη, 5.6/2.8mm, 5.0/2.2mm, 4.2/2.2mm,2.7/1.2mm.
2. Να είναι εύκαμπτο με καμπτόμενο άκρο με γωνία κάμψης 195Ο / 195Ο τα δυο μεγάλα μεγέθη και 210ο/210/ τα δυο μικρότερα .
3. Να διαθέτει μήκος εργασίας 600mm.
4. Να διαθέτει κάμερα με πηγή φωτός 2 Led -Cmos, οπτικό πεδίο 1200 και βάθος πεδίου 3-100mm .
5. Η κάμερα στα δυο μεγαλύτερα μεγέθη να είναι τεχνολογίας υψηλής ευκρίνειας (HD) .
6. Να διαθέτει λογισμικό τόνωσης του κόκκινου χρώματος (ARC - RedAdvancedContrast).
7. Να δίνει την δυνατότητα οριζόντιας στρέψης μέχρι 1200 και στις δύο κατευθύνσεις μέσω ειδικού δακτυλίου περιστροφής ,επάνω στο χειριστήριο.
8. Να διαθέτει buttons επάνω στο χειριστήριο για λήψη φωτογραφιών, βίντεο, ARC και μεγέθυνση της οθόνης(ζουμ).
9. Να διαθέτει βάση στήριξης ΕΤ σωλήνα για διαχείριση του αεραγωγού
10. Να είναι αποστειρωμένο (μέθοδος ΕΤΟ)
11. Να είναι latex free.
12. Να συνδέεται απευθείας στην οθόνη χωρίς να απαιτείται επιπλέον εξοπλισμός.
13. Το βρογχοσκόπιο να είναι διαθέσιμο για επαναχρησιμοποίηση στον ίδιο ασθενή χωρίς χρονικό περιορισμό αλλά και για εκπαιδευτικούς σκοπούς(αποφυγή έξτρα οικονομικής επιβάρυνσης)