

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΔΡ. ΜΑΣΟΥΝΤ ΧΑΝΙ

ΑΡΘ. ΠΡΩΤ.:

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : ΑΙΘΟΥΣΑ 2841343511, ΓΡΑΦ. ΙΑΤΡΩΝ : 2841343436, Δ/ΝΤΗΣ : 2841343514



Τεχνικές Προδιαγραφές ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ  
ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ


Το Σετ να είναι εξαιρετικά ασφαλές έτσι ώστε να μειώνει στο ελάχιστο τις πιθανότητες τραυματισμού και να περιέχει :

1. Το σετ να είναι 20 F, κατάλληλο για ενδοσκοπική γαστροστομία με την μέθοδο pull και να αφαιρείται χωρίς ενδοσκόπηση
  2. κατάλληλη βελόνα παρακέντησης τύπου seldinger
  3. Ειδικό οδηγό σύρματος με το κατάλληλο μήκος και κατάλληλη σκληρότητα ( σύρματα σε μορφή κλωστής απορρίπτονται )
  4. Ο σωλήνας γαστροστομίας να είναι από διαφανή σιλικόνη
  5. Να έχει σύστημα εξωτερικής στήριξης και συνδεδετικό Υ για την εισαγωγή τροφής καθώς και σφικτήρα
- Να περιέχει κατάλληλο βρόχο σύλληψης

Άγιος Νικόλαος, 18/07/2019

Συντ. Δ/ντης ΜΕΘ

Δρ. Κ. Μασούντ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΔΡ. ΜΑΣΟΥΝΤΧΑΝΙ

ΑΡΘ. ΠΡΩΤ.:

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : ΑΙΘΟΥΣΑ 2841343511, ΓΡΑΦ. ΙΑΤΡΩΝ : 2841343436, Δ/ΝΤΗΣ : 2841343514



**ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ**

Να τοποθετείται με τεχνική Seldinger και να διαθέτει :

- Καθετήρα από πολουρεθάνη
- Οδηγό σύρμα με κατάλληλο μήκος ( να είναι 2,5 μέχρι 3 φορές μεγαλύτερο του μήκους του καθετήρα )
- Βελόνη με μέγεθος ίδιο με το μέγεθος του καθετήρα
- Να έχει μήκος από 5 μέχρι και 8 cm περίπου
- Να είναι αποστειρωμένοι και να διατίθεται σε 18 – 20

GA

Άγιος Νικόλαος , 18/07/2019

Συντ. Δ/ντης ΜΕΘ

Δρ. Χ. Μασούντ

ΔΡ. ΜΑΣΟΥΝΤΧΑΝΙ  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΣ - ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΙΑΣ  
ΑΜΚΑ: 14015603299 - ΑΜ: 49279

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΔΡ. ΜΑΣΟΥΝΤΧΑΝΙ

ΑΡΘ. ΠΡΩΤ.:

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : ΑΙΘΟΥΣΑ 2841343511, ΓΡΑΦ. ΙΑΤΡΩΝ : 2841343436, Δ/ΝΤΗΣ : 2841343514



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ

ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛΗΝΑΣ HI LO ME CUFF ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

- Να είναι κατασκευασμένοι από διάφανο θερμοευαίσθητο Pvc latexfree.
- Να είναι σχετικά σκληροί και να μην κάμπτονται, για εύκολη διασωλήνωση
- Το CUFF να είναι τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά
- Να φέρει ειδική σήμανση βάθους σε απόσταση 3 cm από το CUFF, διευκολύνοντας την τοποθέτηση του άκρου του σωλήνα εντός της τραχείας.
- Να έχουν CUFF "με κωνικό" σχήμα ώστε να είναι ατραυματικό.
- Με ενσωματωμένο στο σωλήνα καθετήρα αναρρόφησης άνωθεν του cuff.

Άγιος Νικόλαος, 18/07/2019

Συντ. Δ/ντης ΜΕΘ

~~Δρ. Χ. Μασούντ~~  
~~ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ~~  
~~ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ~~  
~~ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΙΑΣ~~  
~~ΑΜΚΑ: 10015603299 - ΑΜ 69279~~

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΔΡ. ΜΑΣΟΥΝΤ ΧΑΝΙ

ΑΡΘ.ΠΡΩΤ.:

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : ΛΙΘΟΥΣΑ 2841343511, ΓΡΑΦ. ΙΑΤΡΩΝ : 2841343436, Δ/ΝΤΗΣ : 2841343514



**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ**  
**ΑΙΜΑΤΗΡΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ**

- 1) Η συσκευή για την μέτρηση αιματηρής αρτηριακής πίεσης να είναι μιας χρήσης με ενσωματωμένο το chip.
- 2) Η μετατροπή του σήματος να γίνεται στο chip χωρίς μεσολάβηση μεμβρανών ή σύνδεση σε ειδική βάση
- 3) Οι προεκτάσεις για την σύνδεση με τον καθετήρα και την συσκευή χορήγησης ηπαρινισμένου ορού να είναι κατάλληλοι για υψηλές πιέσεις
- 4) Το σύστημα έκπλυσης του κυκλώματος (flushing) να είναι λειτουργικό και εύκολο στην διαχείριση του
- 5) . Να διαθέτει σύστημα για τον έλεγχο του μορφομετατροπέα, των καλωδίων σύνδεσης και της βαθμονόμησης του παρακλίνιου Μόνιτορ
- 6) Το σετ θα πρέπει να έχει ιδανική απόσβεση ταλάντωσης (damping) και αυτό να αποδεικνύεται με βιβλιογραφική αναφορά .
- 7) Να έχει δυνατότητα να τοποθετηθεί στο μπράτσο του ασθενούς για ευκολότερη μεταφορά όπως και σε στατώ
- 8) Επιπρόσθετα η εταιρεία να προμηθεύει τα απαιτούμενα καλώδια τα οποία να συνδέονται απευθείας με τα υπάρχοντα Monitors

Άγιος Νικόλαος , 18/07/2019

Συντ. Δ/ντης ΜΕΘ  
Δρ. Σ. Μασούντ  
ΧΑΝΙ  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΘ  
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ  
ΑΜΚΑ: 1601560799 - ΑΜ 69279