

Προδιαγραφές για σει χορήγησης φαρμάκων με καρφί.

Να έχει ενσωματωμένη βαλβίδα προστασίας ελεύθερης ροής.

Να έχει ενσωματωμένο καθετήρα προέκτασης περίπου 220 cm περίπου.

Να έχει ενσωματωμένο φίλτρο για ταυτόχρονη κατακράτηση φυσαλίδων

Το υλικό να συμμορφώνεται με το πρότυπο iso 9001, να φέρει ένδειξη CE να είναι βιοσυμβατά ασφαλές, κατασκευασμένα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές

Να διατίθεται με φορητή ογκομετρική αντλία PCA , με ελληνικό menu, με δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης μέσω computer του θεράποντος ιατρού με τον ασθενή σε πραγματικό χρόνο.

Να έχει συναγερμό αποκλεισμού γραμμής , κένωσης, ασκού και χαμηλής ισχύος μπαταρίας.


ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΝΤΟΝΙΑΚΗ
Επιστήτρια Ειδικότητας Φυσικής
Εντατικής Θεραπείας
Α.Π.Θ. 808/2 ΑΘΗΝΑ 05097001783