

**Προδιαγραφές για το είδος 186880 (Μετωπιαίος
αισθητήρας μέτρησης βάθους αναισθησίας μ.χ ενηλίκων)**

Αισθητήρας ενηλίκων σε ενιαία κατασκευή για μέτρηση βάθους καταστολής με τη μέθοδο του διαφασματικού δείκτη. Να είναι αυτοκόλλητος μετωπιαίος αισθητήρας, μίας χρήσεως. Να αποτελείται από 3-6 ηλεκτρόδια απαγωγής ΗΕΓ. Έκτός απο απαγωγή ΗΕΓ να μπορεί να καταγράφει ταυτόχρονα το ΗΜΓ απο την κροταφική περιοχή (Μυϊκός Τόνος). Ο αισθητήρας να συγκολλάται ισχυρά στο δέρμα και να μην αποκολλάται εύκολα κατά την διάρκεια του χειρουργείου ή της νοσηλείας και να εξασφαλίζει την καλύτερη ποιότητα σήματος. Να παρέχει τα εξής επιπλέον πλεονεκτήματα: Αυξημένη αντίσταση στην ηλεκτροκαυστηρίαση. Βελτιωμένη απόδοση κατά την χρήση φαρμάκων βαθειάς αναισθησίας. Ενισχυμένο φιλτράρισμα ΗΜΓ (ηλεκτρομυογραφήματος). Να διαθέτει συνδετικό (clip) ασφαλείας. Να τοποθετείται εύκολα, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα κατά την διάρκεια του χειρουργείου ή της νοσηλείας.

ΣΦΟΔΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Α.Μ. ΤΕΛΕΥ 97912 ΑΜΚΑ 09007301783