

Διουρηθρικοί καθετήρες κύστης τύπου Tiemann folley , με μπαλόνι συγκράτησης , από 100% σιλικόνη. Μεγέθη 16-20ch.

Τεχνικές προδιαγραφές

Καθετήρες Folley 2 way, με μπαλόνι συγκράτησης 10-15 cc από σιλικόνη 100%, με άκρο τύπου TIEMAN. Το άκρο τους να είναι κυρτό, στρογγυλοποιημένο και απραυματικό. Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπιέπται κατά τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός .

Καθετήρες Folley 3 way, με μπαλόνι συγκράτησης 10-30-50 cc από σιλικόνη 100%, με άκρο τύπου TIEMAN. Το άκρο τους να είναι κυρτό, στρογγυλοποιημένο και απραυματικό. Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπιέπται κατά τη χρήση τους. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός .

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΕΠΕ. ΕΠΕ.Ο.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Γ. Ν. ΛΙΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡ.: 54170 - ΑΔΜΚΑ: 2206000039