



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
(Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος)
Ταχ. Δ/ση: Κωνστ. Παλαιολόγου & Κνωσσού
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Τ.Κ. 72100



Άγιος Νικόλαος

27-1-2020

Αριθμ. Πρωτ. _____

Πληροφορίες: Ευάγγελος Λυράκης
Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
☎ Τηλέφωνο: 2841 343615
☎ Fax: 2841 083327
✉ E-mail: vlirakis@agnhosp.gr

ΠΡΟΣ: Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
Τμήμα Οικονομικού/Προμηθειών

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ GE

1) Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας έξι μηνών, αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής της και θα αφορά την προληπτική συντήρηση του αξονικού τομογράφου GE Brightspeed Elite (MULTI SLICE CT, 16 ΤΟΜΩΝ) που είναι εγκατεστημένος στο νοσοκομείο μας.

2) Η σύμβαση συντήρησης θα περιλαμβάνει μία (1) προληπτική συντήρηση κατά την διάρκεια της σύμβασης. Η συντήρηση αυτή θα γίνει κατά την διάρκεια των εργασιών ημερών με βάση το χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του συντηρητή.

3) Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων συντήρησης μετά από γραπτή ή τηλεφωνική κλήση από το Νοσοκομείο, μέσα σε 48 ώρες από την ειδοποίηση της, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας.

4) Η προληπτική συντήρηση και οι τυχόν επισκευές που θα προκύψουν θα γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου GE.

5) Στη σύμβαση περιλαμβάνονται όλα τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται για όλες τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στον αξονικό τομογράφο και θα διατίθενται δωρεάν, εκτός από:

- Αναλώσιμα υλικά για την καθημερινή χρήση του αξονικού του τομογράφου
- Ακτινολογική λυχνία
- Αφρώδη στηρίγματα του ασθενή

6) Ο συντηρητής μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο μας τεχνικό δελτίο με πλήρη περιγραφή των εργασιών που έχει πραγματοποιήσει σε κάθε μηχανήμα καθώς

επίσης και αναγραφή των ανταλλακτικών που αντικατέστησε σε κάθε μηχανήμα με τους κωδικούς τους.

7) Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου μας ενώ οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους του Νοσοκομείου, θα διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρεία με δαπάνες μεταφοράς και ευθύνη της συντηρήτριας εταιρείας.

8) Ο χρόνος ακινητοποίησης συνολικά του αξονικού τομογράφου (DOWN TIME) ορίζεται σε πέντε εργάσιμες ημέρες κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση που η συντηρήτρια εταιρεία υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η σύμβαση παρατείνεται για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας του αξονικού τομογράφου για πέντε εργάσιμες ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση του Νοσοκομείου μας.

9) Ο συντηρητής θα φέρει ακεραία την ευθύνη, ποινική και αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο προσωπικό του Νοσοκομείου και σε τρίτους, που θα αποδεικνύεται από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του συντηρητή ή των συνεργατών του και έχει σχέση με τον αξονικό τομογράφο.

10) Όλα τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται για όλες τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στον αξονικό τομογράφο θα είναι καινούργια και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου.

11) Στη σύμβαση δεν περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις βλάβης ή καταστροφής του αξονικού τομογράφου από θεομηνίες, από αποδεδειγμένη κακή χρήση, από πτώση ή χτυπήματα ή από κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

12) Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να βεβαιώνει ότι διαθέτει κατάλληλο προσωπικό εκπαιδευμένο όπως ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος.

13) Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα σε ισχύ πιστοποίηση EN ISO 9001/2008 EN ISO 13485/2003.

Ο Συντάξας



Λυράκης Ευάγγελος
Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ