

κατά τον
επαύριον

Προδιαγραφές εξεταστικής λυχνίας για τις ανάγκες του εξωτερικού γυναικολογικού ιατρείου

- 1) Το μηχάνημα να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο και σύγχρονης τεχνολογίας.
- 2) Να παραδοθεί έτοιμο προς χρήση σε χώρο που θα υποδείξει το νοσοκομείο μαζί με όλα του τα τεχνικά φυλλάδια.
- 3) Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 13485 καθώς και η προμηθεύτρια εταιρία ISO 9001 και ISO 13485. Να διαθέτει CE Mark. Όλα τα πιστοποιητικά να είναι μεταφρασμένα και στα Ελληνικά. Επίσης, να έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
- 4) Η τάση τροφοδοσίας να είναι 230V.
- 5) Να αποτελείται από μία κεφαλή η οποία να διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας μονοχρωματικά λευκά LED ψυχρού φωτισμού.
- 6) Να διαθέτει μέγιστη φωτιστική ένταση τουλάχιστον 60.000 lux η οποία να ρυθμίζεται. Να αναφερθεί το τρόπος και το εύρος ρύθμισης.
- 7) Να είναι χαμηλής κατανάλωσης. Να αναφερθούν οι τιμές.
- 8) Το συνολικό βάρος της να μην υπερβαίνει τα 12 Kg.
- 9) Να είναι τροχήλατη με φρένα στους τροχούς.
- 10) Να είναι κατασκευασμένη από υλικό ανθεκτικό στα απολυμαντικά.
- 11) Όλες οι κινήσεις να γίνονται εύκολα μέσω χειρολαβής.
- 12) Να έχει τη δυνατότητα εστίασης εντός του γυναικείου κόλπου ώστε να είναι εφικτή η παρατήρηση του τραχήλου. Να αναφερθούν τα επίπεδα.
- 13) Να είναι ρυθμιζόμενου ύψους. Να αναφερθούν τα επίπεδα.
- 14) Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.
- 15) Να συνοδεύεται από μία ανταλλακτική λυχνία.