

## **Προδιαγραφές εξεταστικής λυχνίας για τις ανάγκες του εξωτερικού γυναικολογικού ιατρείου**

- 1) Το μηχάνημα να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο και σύγχρονης τεχνολογίας.
- 2) Να παραδοθεί έτοιμο προς χρήση σε χώρο που θα υποδείξει το νοσοκομείο μαζί με όλα του τα τεχνικά φυλλάδια.
- 3) Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 13485 καθώς και η προμηθεύτρια εταιρία ISO 9001 και ISO 13485. Να διαθέτει CE Mark. Όλα τα πιστοποιητικά να είναι μεταφρασμένα και στα Ελληνικά. Επίσης, να έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
- 4) Η τάση τροφοδοσίας να είναι 230V.
- 5) Να αποτελείται από μία (1) κεφαλή η οποία να διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας μονοχρωματικά λευκά LED ψυχρού φωτισμού.
- 6) Να αναφερθούν οι τιμές της φωτιστικής έντασης όπως επίσης ο τρόπος και το εύρος ρύθμισης αυτής.
- 7) Να είναι τροχήλατη με φρένα στους τροχούς.
- 8) Όλες οι κινήσεις να γίνονται εύκολα μέσω χειρολαβής.
- 9) Να είναι ρυθμιζόμενου ύψους.
- 10) Να έχει τη δυνατότητα εστίασης 5 με 7 cm για την εξέταση εντός του γυναικείου κόλπου ώστε να είναι εφικτή η παρατήρηση του τραχήλου.
- 11) Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.