

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 85cm ΜΗΚΟΣ 90cm ΥΨΟΣ ΚΑΙ 60cm ΠΛΑΤΟΣ.

2. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ, ΝΑ ΠΛΕΝΕΤΑΙ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΠΑΓΕΣ, ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΚΑΙ ΑΚΑΥΣΤΟ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ ΥΛΙΚΟ.

3. ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ.

4. Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΕΙΣΟ.

5. ΝΑ ΕΧΕΙ 4 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΕΝΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΘΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 30 cm (ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΟΡΩΝ). ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΑΜΠΟΥΛΩΝ).

6. ΟΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΩΠΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΕΞΕΧΟΥΝ.

7. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ..α) ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ.

β) ΡΑΦΙΕΡΑ- ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΣΥΡΙΓΓΩΝ 10 ΠΕΡΙΠΟΥ ΘΕΣΕΩΝ.

γ) ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΧΜΗΡΩΝ-ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ.

8. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ .

9. Η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.



ΑΡΑΧΑΔΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ